

# 保育所給食で提供する食材の放射性物質の検査結果

平成24年7月 （2回目）

## 1 測定結果

| 調理施設名称  | 検体採取日      | 放射性セシウム<br>セシウム134・セシウム137 合算 | 放射性ヨウ素<br>ヨウ素 1 3 1 |
|---------|------------|-------------------------------|---------------------|
|         |            | 結果・（検出下限値）                    | 結果・（検出下限値）          |
| 荒川保育所   | 平成24年7月26日 | 不検出（＜18.4 Bq/kg）              | 不検出（＜11.4 Bq/kg）    |
| 銀座保育所   | 平成24年7月26日 | 不検出（＜17.9 Bq/kg）              | 不検出（＜10.9 Bq/kg）    |
| 籠原保育所   | 平成24年7月23日 | 不検出（＜19.8 Bq/kg）              | 不検出（＜11.6 Bq/kg）    |
| 石原保育所   | 平成24年7月26日 | 不検出（＜18.2 Bq/kg）              | 不検出（＜10.7 Bq/kg）    |
| 玉井保育所   | 平成24年7月23日 | 不検出（＜19.3 Bq/kg）              | 不検出（＜11.5 Bq/kg）    |
| 中条保育所   | 平成24年7月23日 | 不検出（＜19.1 Bq/kg）              | 不検出（＜11.0 Bq/kg）    |
| 曙町保育所   | 平成24年7月26日 | 不検出（＜18.2 Bq/kg）              | 不検出（＜11.0 Bq/kg）    |
| 箱田保育所   | 平成24年7月23日 | 不検出（＜17.6 Bq/kg）              | 不検出（＜10.2 Bq/kg）    |
| 大里第一保育所 | 平成24年7月23日 | 不検出（＜18.9 Bq/kg）              | 不検出（＜10.5 Bq/kg）    |
| 大里第二保育所 | 平成24年7月23日 | 不検出（＜19.0 Bq/kg）              | 不検出（＜11.0 Bq/kg）    |
| 大里第三保育所 | 平成24年7月23日 | 不検出（＜18.3 Bq/kg）              | 不検出（＜10.6 Bq/kg）    |
| 上須戸保育所  | 平成24年7月23日 | 不検出（＜19.6 Bq/kg）              | 不検出（＜11.2 Bq/kg）    |
| 江南保育所   | 平成24年7月24日 | 不検出（＜18.3 Bq/kg）              | 不検出（＜10.6 Bq/kg）    |

※測定対象重量に応じた検出下限値未満が、不検出という表現になります。

## 2 食品衛生法の規定による食品規格基準

| 食 品 区 分 | 放射性セシウムの基準値(Bq/kg) |
|---------|--------------------|
| 飲料水     | 10                 |
| 乳児用食品   | 50                 |
| 牛乳      | 50                 |
| 一般食品    | 100                |

## 3 測定装置について

検査機器      株式会社テクノエーピー    TN300Bベクレルモニター  
NaI(Tl)シンチレータ